

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1850
CALIBRATION DATE: 21-Nov-15

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.301264e-004
a1 = 2.967310e-004
a2 = -4.056441e-006
a3 = 2.007832e-007

| BATH TEMP (° C) | INSTRUMENT OUTPUT (counts) | INST TEMP (° C) | RESIDUAL (° C) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.0000 | 772820.6 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4.5000 | 661916.0 | 4.5000 | -0.0000 |
| 15.0000 | 423864.5 | 15.0001 | 0.0001 |
| 18.5001 | 367561.4 | 18.5000 | -0.0001 |
| 24.0000 | 295514.7 | 24.0001 | 0.0001 |
| 29.0000 | 243793.5 | 28.9999 | -0.0001 |
| 32.5000 | 213765.0 | 32.5000 | 0.0000 |

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

