



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1865  
CALIBRATION DATE: 04-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 4.654411e-005  
a1 = 2.687881e-004  
a2 = -1.739312e-006  
a3 = 1.452181e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	581910.4	0.9999	-0.0001
4.4999	498899.7	4.5000	0.0001
15.0000	320421.1	14.9999	-0.0001
18.5000	278120.4	18.5000	0.0000
24.0000	223931.0	24.0001	0.0001
29.0000	184972.2	29.0000	-0.0000
32.5001	162327.6	32.5001	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

