



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4330_2188_00106831
Foil batch no: 1206EM

Product: 4330
Calibration date: 12.04.2015

Serial no: 2188
Page 1 of 2

Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(μM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	30.150	3.14	-137.200	59.81
1	19.806	2.51	196.770	61.10
2	9.880	3.16	520.210	61.89
3	0.717	4.57	798.350	62.55
4	0.704	21.16	798.740	60.29
5	0.698	43.73	798.920	57.51
6	0.685	64.48	799.290	55.21
7	0.665	105.43	799.885	51.32
8	0.648	146.66	800.350	48.05
9	0.640	217.66	800.595	43.56
10	0.633	318.46	800.795	38.83
11	0.641	418.55	800.585	35.38
12	0.643	523.33	800.510	32.63
13	10.022	15.81	515.685	59.38
14	9.960	34.04	517.650	56.23
15	9.908	50.07	519.305	53.78
16	9.867	82.64	520.635	49.54
17	9.843	115.99	521.395	46.03
18	9.833	170.99	521.700	41.49
19	9.830	251.14	521.815	36.71
20	9.831	332.79	521.790	33.24
21	9.834	415.06	521.695	30.64
22	19.914	12.77	193.215	58.21
23	19.851	26.89	195.305	54.84
24	19.796	39.89	197.120	52.13
25	19.756	66.11	198.440	47.59
26	19.728	91.14	199.360	44.12
27	19.710	135.39	199.910	39.43
28	19.702	202.24	200.185	34.51
29	19.697	266.38	200.370	31.24
30	19.694	332.53	200.475	28.75
31	30.076	10.23	-134.835	57.12
32	30.087	21.32	-135.200	53.56
33	30.096	32.17	-135.460	50.54
34	30.099	52.74	-135.590	45.89
35	30.101	73.71	-135.605	42.18
36	30.106	109.60	-135.780	37.46
37	30.115	161.42	-136.060	32.78
38	30.122	217.45	-136.290	29.39
39	30.130	272.41	-136.505	27.00


Certificate no: 4330_2188_00106831
Foil batch no: 1206EM

Product: 4330
Calibration date: 12.04.2015


Serial no: 2188
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	2.84831E-03	1.21466E-04	2.43533E-06	2.30538E02	-3.26189E-01	-5.74708E01	4.54972E00
TempCoef	2.58268E01	-3.10209E-02	3.02937E-06	-4.46932E-09	0.00000E00	0.00000E00	

Oxygen validation



Temperature validation



Date:12.04.2015

Tor-Ove Kvalvaag
Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer