Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2318
CALIBRATION DATE: 28-Apr-19

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.731302e-001
h =  1.450500e-001
i = -1.391798e-004
j =  3.458946e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  6.0140e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2591.14	0.00000	0.00000
1.0000	34.8982	2.98230	5218.13	2.98229	-0.00000
4.5000	34.8785	3.29001	5416.42	3.29002	0.00000
15.0000	34.8363	4.27381	6005.75	4.27381	-0.00000
18.5000	34.8275	4.61969	6199.35	4.61969	-0.00000
24.0000	34.8177	5.17881	6499.77	5.17882	0.00000
29.0000	34.8115	5.70162	6768.28	5.70162	-0.00000
32.5000	34.8064	6.07446	6953.20	6.07441	-0.00005

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity