



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 22-Feb-25

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.121121e-004
a1 = 3.080429e-004
a2 = -4.496225e-006
a3 = 2.015337e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	633724.6	-1.5000	0.0000
1.0000	565652.8	1.0000	-0.0000
4.5000	483875.8	4.5000	-0.0000
8.0000	415306.3	8.0000	-0.0000
11.5000	357611.1	11.5000	0.0000
15.0000	308904.1	15.0001	0.0001
18.5000	267651.1	18.5000	0.0000
22.0000	232599.4	22.0000	0.0000
25.5000	202724.7	25.5000	-0.0000
29.0001	177185.2	29.0000	-0.0001
32.5000	155288.0	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[\ln(n)] + a2[\ln^2(n)] + a3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

