



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4330_2819_00133165
Foil batch no: 1517M

Product: 4330
Calibration date: 19.08.2017

Serial no: 2819
Page 1 of 2

Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(μM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	30.014	0.49	-184.900	58.64
1	19.698	0.32	149.515	59.57
2	9.716	0.58	479.840	60.40
3	0.577	1.57	764.300	61.06
4	0.649	22.56	762.220	58.21
5	0.719	44.81	760.135	55.53
6	0.757	65.11	759.000	53.33
7	0.733	105.73	759.700	49.52
8	0.724	145.47	759.975	46.42
9	0.697	212.40	760.800	42.18
10	0.661	312.96	761.900	37.43
11	0.641	417.89	762.445	33.79
12	0.659	518.93	761.910	31.11
13	10.137	13.11	466.145	57.78
14	10.049	34.26	468.975	54.15
15	9.962	50.31	471.805	51.77
16	9.902	81.33	473.780	47.84
17	9.854	113.61	475.345	44.50
18	9.789	166.71	477.485	40.15
19	9.722	245.91	479.635	35.41
20	9.698	328.21	480.420	31.88
21	9.716	410.07	479.835	29.23
22	19.827	9.57	145.200	56.86
23	19.753	24.38	147.700	53.28
24	19.699	36.87	149.455	50.70
25	19.671	62.73	150.410	46.23
26	19.658	88.47	150.810	42.67
27	19.651	130.68	151.030	38.18
28	19.651	196.82	151.025	33.24
29	19.655	259.81	150.895	29.95
30	19.664	327.27	150.610	27.37
31	30.105	7.75	-187.760	55.75
32	30.119	18.92	-188.185	52.09
33	30.128	29.09	-188.495	49.25
34	30.128	49.62	-188.450	44.59
35	30.133	70.10	-188.605	40.97
36	30.145	104.68	-189.005	36.33
37	30.109	157.39	-187.820	31.47
38	30.107	208.12	-187.795	28.28
39	30.116	264.59	-188.055	25.73


Certificate no: 4330_2819_00133165
Foil batch no: 1517M

Product: 4330
Calibration date: 19.08.2017


Serial no: 2819
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	2.80084E-03	1.18338E-04	2.22061E-06	2.32494E02	-4.25100E-01	-4.97935E01	4.60795E00
TempCoef	2.42270E01	-3.06259E-02	2.84220E-06	-4.25896E-09	0.00000E00	0.00000E00	

Oxygen validation



Temperature validation



Date:19.08.2017

Tor-Ove Kvalvaag
Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer