

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0806
CALIBRATION DATE: 25-Nov-15

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.143931e-004
a1 = 3.166786e-004
a2 = -5.188815e-006
a3 = 2.184250e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	803566.6	-1.5000	0.0000
1.0000	717496.6	1.0000	-0.0000
4.5000	614046.3	4.4999	-0.0001
8.0000	527254.4	8.0000	-0.0000
11.5000	454189.0	11.5001	0.0001
15.0000	392477.5	15.0001	0.0001
18.5000	340185.4	18.5000	0.0000
22.0000	295735.3	22.0000	-0.0000
25.5000	257835.1	25.4999	-0.0001
29.0000	225422.4	28.9999	-0.0001
32.5000	197621.2	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

