Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0043
CALIBRATION DATE: 25-May-17

SBE 49 PRESSURE CALIBRATION DATA
508 psia S/N 2013

COEFFICIENTS:

PA0 =   9.661790e-002   PTCA0 =   5.251411e+005
PA1 =   1.560610e-003   PTCA1 =   7.029502e+000
PA2 =   7.689922e-012   PTCA2 = -1.828187e-001
PTEMPA0 = -7.809776e+001   PTCB0 =   2.492563e+001
PTEMPA1 = 5.416486e+001   PTCB1 =   7.250000e-004
PTEMPA2 = -1.488126e+000   PTCB2 =   0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	THERMISTOR OUTPUT (volts)	COMPUTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (%FSR)
14.56	534483.0	2.0	14.57	0.00
104.76	592286.0	2.0	104.75	-0.00
204.74	656327.0	2.0	204.72	-0.00
304.72	720333.0	2.0	304.70	-0.00
404.70	784306.0	2.0	404.69	-0.00
504.71	848255.0	2.0	504.71	-0.00
404.75	784354.0	2.0	404.77	0.00
304.77	720398.0	2.0	304.80	0.01
204.80	656382.0	2.0	204.80	0.00
104.83	592349.0	2.0	104.84	0.00
14.56	534480.0	2.0	14.56	-0.00

THERMAL CORRECTION

TEMP (°C)	THERMISTOR OUTPUT (volts)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)
32.50	2.17	535208.47
29.00	2.10	535223.79
24.00	1.99	535237.64
18.50	1.88	535243.33
15.00	1.81	535235.63
4.50	1.60	535200.73
1.00	1.52	535181.42

TEMPERATURE (°C)	SPAN (mV)
-5.00	24.92
35.00	24.95

y = thermistor output (counts)

$t = PTEMPA0 + PTEMPA1 * y + PTEMPA2 * y^2$

x = instrument output - $PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2$

$n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)$

pressure (PSIA) = $PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2$

Residual (%FSR) = (computed pressure - true pressure) * 100 / Full Scale Range

Date, Offset (%FSR)

● 25-May-17   0.00