



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2333  
CALIBRATION DATE: 22-Jun-18

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -9.489593e-005  
a1 = 3.065648e-004  
a2 = -5.345673e-006  
a3 = 2.391804e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	704168.4	1.0001	0.0001
4.5000	601587.0	4.4998	-0.0002
15.0000	382305.7	15.0001	0.0001
18.5000	330689.6	18.5000	0.0000
24.0000	264832.3	23.9999	-0.0001
28.9999	217713.4	28.9998	-0.0001
32.5001	190431.8	32.5002	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

