

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3765  
CALIBRATION DATE: 05-Oct-16

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999801e-001  
rtca1 = 1.735738e-006  
rtca2 = -3.226278e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999820	0.9999818	-0.2
4.4999	0.9999870	0.9999873	0.3
15.0000	0.9999990	0.9999989	-0.1
18.5000	1.0000010	1.0000012	0.2
24.0000	1.0000030	1.0000032	0.2
29.0001	1.0000040	1.0000033	-0.7
32.5000	1.0000020	1.0000024	0.4

t = temperature (°C)

$RTC\ frequency = rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

$Residual\ (PPM) = (Computed\ RTC\ frequency - Measured\ RTC\ frequency) * 1e6$

