



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2355
CALIBRATION DATE: 08-Jan-25

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.270059e-004
a1 = 2.953780e-004
a2 = -3.935853e-006
a3 = 1.922271e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	811452.3	0.9999	0.0000
4.5000	694126.8	4.4999	-0.0001
14.9999	442937.5	15.0000	0.0001
18.4999	383685.5	18.4999	-0.0000
23.9999	307979.4	23.9999	-0.0000
29.0000	253720.3	29.0000	-0.0000
32.5001	222261.0	32.5001	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

