



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2336  
CALIBRATION DATE: 07-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -3.766990e-004  
a1 = 3.798936e-004  
a2 = -1.166031e-005  
a3 = 4.263793e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	663509.5	1.0001	0.0001
4.5000	568142.9	4.4998	-0.0002
14.9999	363113.1	15.0001	0.0002
18.4999	314587.6	18.5000	0.0001
23.9999	252506.3	23.9997	-0.0002
29.0000	207958.2	28.9999	-0.0001
32.5000	182113.8	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

