Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2341
CALIBRATION DATE: 22-Jun-18

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.029278e+000
h =  1.542055e-001
i = -4.696418e-005
j =  3.229327e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  4.0978e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2582.64	0.00000	0.00000
1.0000	34.8060	2.97517	5086.07	2.97517	0.00000
4.5000	34.7867	3.28221	5276.51	3.28220	-0.00000
15.0000	34.7448	4.26377	5842.99	4.26377	0.00000
18.5000	34.7362	4.60889	6029.24	4.60889	-0.00000
24.0000	34.7265	5.16674	6318.38	5.16674	0.00000
29.0000	34.7208	5.68843	6576.96	5.68843	-0.00000
32.5000	34.7164	6.06054	6755.18	6.06058	0.00004

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity