



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3770
CALIBRATION DATE: 25-May-21

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.033282e+000
h = 1.609995e-001
i = -4.883296e-005
j = 3.410566e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -1.0296e-005

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2532.90	0.00000	0.00000
0.9998	34.6087	2.95989	4970.98	2.95989	0.00000
4.5000	34.5892	3.26540	5156.87	3.26540	0.00000
15.0000	34.5495	4.24233	5710.11	4.24230	-0.00003
18.5000	34.5411	4.58578	5892.08	4.58583	0.00005
23.9999	34.5320	5.14098	6174.54	5.14096	-0.00002
28.9999	34.5268	5.66020	6427.24	5.66021	0.00000
32.5001	34.5238	6.03074	6601.43	6.03059	-0.00015

$f = \text{Instrument Output(Hz)} * \text{sqrt}(1.0 + \text{WBOTC} * t) / 1000.0$

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); $\delta = \text{CTcor}$; $\epsilon = \text{CPcor}$;

$\text{Conductivity (S/m)} = (g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \epsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

