



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1678  
CALIBRATION DATE: 25-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 9.945066e-006  
a1 = 2.676853e-004  
a2 = -1.797657e-006  
a3 = 1.403315e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9998	745108.0	0.9998	-0.0000
4.5000	637706.3	4.5001	0.0001
15.0000	407561.0	14.9999	-0.0001
18.5000	353207.9	18.5000	0.0000
23.9999	283718.3	23.9999	0.0000
28.9999	233872.8	28.9999	0.0000
32.5001	204953.6	32.5001	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

