Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3766
CALIBRATION DATE: 21-Nov-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.047691e+000
h =  1.346544e-001
i = -9.597128e-005
j =  2.819770e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -1.0064e-005
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2790.18	0.00000	0.00000
1.0000	34.6169	2.96054	5449.56	2.96053	-0.00001
4.5000	34.5962	3.26600	5652.62	3.26601	0.00001
15.0000	34.5541	4.24284	6257.06	4.24284	0.00001
18.5001	34.5453	4.58629	6455.87	4.58630	0.00001
24.0000	34.5366	5.14160	6764.64	5.14158	-0.00002
29.0000	34.5309	5.66081	7040.81	5.66082	0.00001
32.5000	34.5282	6.03141	7231.27	6.03141	0.00000

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity