Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3768
CALIBRATION DATE: 10-Dec-11

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.047872e+000
h =  1.629651e-001
i = -3.974871e-004
j =  6.207189e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -7.3132e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2540.71	0.00000	0.00000
1.0000	34.8530	2.97880	4977.56	2.97881	0.00001
4.5000	34.8327	3.28612	5163.40	3.28611	-0.00001
15.0000	34.7889	4.26861	5716.40	4.26861	-0.00000
18.4999	34.7787	4.61391	5898.16	4.61392	0.00001
24.0000	34.7660	5.17197	6180.29	5.17197	-0.00000
29.0000	34.7568	5.69367	6432.51	5.69367	-0.00000

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity