

SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2332
CALIBRATION DATE: 05-Jan-11

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999720e-001

rtca1 = 1.786066e-006

rtca2 = -3.301607e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999740	0.9999737	-0.3
4.5000	0.9999790	0.9999793	0.3
14.9999	0.9999910	0.9999913	0.3
18.5000	0.9999940	0.9999937	-0.3
24.0000	0.9999960	0.9999958	-0.2
29.0000	0.9999960	0.9999960	-0.0
32.5000	0.9999950	0.9999951	0.1

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

