

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0563
CALIBRATION DATE: 05-Oct-16

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -5.715522e-006
a1 = 2.776894e-004
a2 = -2.437541e-006
a3 = 1.627951e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	686614.8	-1.4999	0.0001
1.0000	613911.7	1.0000	-0.0000
4.5000	526361.4	4.4999	-0.0001
8.0000	452749.7	8.0000	-0.0000
11.5000	390650.0	11.5001	0.0001
14.9999	338095.8	15.0000	0.0001
18.5000	293474.2	18.5000	0.0000
22.0000	255474.4	22.0000	-0.0000
25.5000	223015.3	25.4999	-0.0001
29.0000	195207.4	29.0000	-0.0000
32.5000	171317.9	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

