

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3762
CALIBRATION DATE: 05-Feb-14

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999804e-001

rtca1 = 1.639891e-006


rtca2 = -3.253650e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999820	0.9999820	-0.0
4.5000	0.9999870	0.9999871	0.1
15.0000	0.9999980	0.9999976	-0.4
18.5000	0.9999990	0.9999996	0.6
24.0000	1.0000010	1.0000010	-0.0
29.0000	1.0000010	1.0000005	-0.5
32.4999	0.9999990	0.9999993	0.3

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm



17-Dec-11 1.00
05-Feb-14 -0.00