



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2328  
CALIBRATION DATE: 14-Apr-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.718517e-004  
a1 = 3.194758e-004  
a2 = -6.204524e-006  
a3 = 2.588559e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	730555.5	1.0000	0.0000
4.4999	624397.2	4.4999	-0.0000
15.0000	397327.3	15.0000	-0.0000
18.5000	343835.5	18.5000	0.0000
24.0000	275555.5	24.0000	0.0000
29.0000	226679.0	28.9999	-0.0001
32.5000	198369.6	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

