Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 06-Feb-14

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.798269e-001
h =  1.392864e-001
i = -2.000591e-004
j =  4.241597e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  1.1929e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2654.46	0.00000	0.00000
1.0000	34.6850	2.96581	5319.76	2.96581	-0.00000
4.5000	34.6651	3.27186	5521.21	3.27187	0.00001
15.0000	34.6223	4.25033	6119.83	4.25031	-0.00002
18.5000	34.6129	4.59429	6316.44	4.59429	-0.00000
24.0000	34.6024	5.15031	6621.51	5.15034	0.00002
29.0000	34.5961	5.67030	6894.13	5.67029	-0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity