

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3762  
CALIBRATION DATE: 20-Nov-15

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

a0 = -1.328729e-005  
a1 = 2.774558e-004  
a2 = -2.405041e-006  
a3 = 1.592317e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	641995.6	1.0000	0.0000
4.5000	550186.4	4.4999	-0.0001
15.0000	352946.3	15.0001	0.0001
18.5000	306245.9	18.5000	0.0000
24.0000	246449.4	23.9999	-0.0001
29.0000	203482.2	29.0001	0.0001
32.5000	178521.6	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

