



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1807  
CALIBRATION DATE: 28-Apr-19

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999737e-001  
rtca1 = 1.875659e-006  
rtca2 = -3.350769e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999760	0.9999756	-0.4
4.5000	0.9999810	0.9999815	0.5
15.0000	0.9999940	0.9999943	0.3
18.5000	0.9999970	0.9999970	-0.0
24.0000	1.0000000	0.9999994	-0.6
29.0000	1.0000000	0.9999999	-0.1
32.5000	0.9999990	0.9999993	0.3

t = temperature (°C)

RTC frequency =  $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

