

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2322  
CALIBRATION DATE: 07-Jun-12

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 1.000005e+000

rtca1 = 1.469671e-006

rtca2 = -3.102643e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	1.0000070	1.0000067	-0.3
4.5000	1.0000110	1.0000113	0.3
15.0000	1.0000200	1.0000204	0.4
18.5000	1.0000220	1.0000219	-0.1
24.0000	1.0000230	1.0000227	-0.3
29.0000	1.0000220	1.0000218	-0.2
32.5000	1.0000200	1.0000203	0.3

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

