



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3979  
CALIBRATION DATE: 12-Mar-24

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 4.178148e-006  
a1 = 2.715047e-004  
a2 = -1.952792e-006  
a3 = 1.458607e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	671138.5	1.0001	0.0001
4.5000	574964.7	4.4998	-0.0002
15.0000	368481.6	15.0001	0.0001
18.5000	319628.7	18.5001	0.0001
24.0000	257100.2	24.0000	0.0000
29.0000	212195.4	28.9997	-0.0003
32.5000	186111.5	32.5002	0.0002

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

