

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6627  
CALIBRATION DATE: 11-Feb-14

SBE16plusV2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 1.280599e-003

a1 = 2.585778e-004

a2 = -4.593284e-008

a3 = 1.404546e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT(n)	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	649993.000	1.0000	0.0000
4.5000	577073.200	4.4999	-0.0001
15.0000	395551.500	15.0001	0.0001
18.5000	346760.364	18.5000	0.0000
24.0000	280552.400	23.9999	-0.0001
29.0000	230217.100	29.0000	0.0000
32.5000	199861.000	32.5000	-0.0000

$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$

$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$

Temperature ITS-90 =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(R)] + a_2[\ln^2(R)] + a_3[\ln^3(R)]\} - 273.15$  (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

