



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1852
CALIBRATION DATE: 25-Apr-19

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -6.779319e-005
a1 = 2.827259e-004
a2 = -2.815765e-006
a3 = 1.712463e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	706634.9	1.0000	0.0000
4.5000	606050.5	4.4999	-0.0001
15.0000	389621.0	15.0001	0.0001
18.5000	338296.6	18.5000	-0.0000
24.0000	272515.8	23.9999	-0.0001
29.0000	225201.9	29.0000	0.0000
32.5001	197692.8	32.5001	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

