

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2322  
CALIBRATION DATE: 28-Jan-17

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

rtca0 = 1.0000005e+000  
rtca1 = 1.516899e-006  
rtca2 = -3.181109e-008

| BATH<br>TEMPERATURE (° C) | RTC<br>FREQUENCY (Hz) | COMPUTED<br>FREQUENCY (Hz) | RESIDUAL<br>(PPM) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.0000                    | 1.0000070             | 1.0000067                  | -0.3              |
| 4.5000                    | 1.0000110             | 1.0000114                  | 0.4               |
| 14.9999                   | 1.0000210             | 1.0000208                  | -0.2              |
| 18.5000                   | 1.0000220             | 1.0000224                  | 0.4               |
| 24.0000                   | 1.0000240             | 1.0000233                  | -0.7              |
| 29.0000                   | 1.0000220             | 1.0000225                  | 0.5               |
| 32.5000                   | 1.0000210             | 1.0000209                  | -0.1              |

t = temperature (°C)

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual (PPM)} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

