

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2026
CALIBRATION DATE: 09-Dec-11

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -2.476413e-006
a1 = 2.751879e-004
a2 = -2.534410e-006
a3 = 1.600662e-007

| BATH TEMP (ITS-90) | INSTRUMENT OUTPUT | INST TEMP (ITS-90) | RESIDUAL (ITS-90) |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.0000 | 737268.9 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4.4999 | 630443.6 | 4.4999 | -0.0000 |
| 15.0000 | 401843.9 | 15.0000 | 0.0000 |
| 18.5000 | 347950.3 | 18.5001 | 0.0001 |
| 24.0000 | 279118.2 | 23.9999 | -0.0001 |
| 29.0000 | 229803.9 | 29.0000 | 0.0000 |
| 32.5000 | 201222.8 | 32.5000 | -0.0000 |

Temperature ITS-90 = $1/[a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]] - 273.15$ (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

