

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3764

CALIBRATION DATE: 05-Feb-14

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA

ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999831e-001

rtca1 = 1.575928e-006

rtca2 = -3.234730e-008

BATH TEMP (ITS-90)	RTC FREQ (Hz)	COMPUTED FREQ (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999850	0.9999847	-0.3
4.5000	0.9999890	0.9999896	0.6
15.0000	1.0000000	0.9999995	-0.5
18.5000	1.0000010	1.0000012	0.2
24.0000	1.0000020	1.0000023	0.3
29.0000	1.0000020	1.0000016	-0.4
32.4999	1.0000000	1.0000002	0.2

$$\text{RTC frequency} = \text{rtca0} + \text{rtca1} * t + \text{rtca2} * t^2$$

$$\text{Residual} = (\text{Computed RTC frequency} - \text{Measured RTC frequency}) * 1e6$$

Date, Delta F ppm

