



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3769
CALIBRATION DATE: 08-Mar-18

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999760e-001
rtca1 = 1.786048e-006
rtca2 = -3.301568e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9999	0.9999780	0.9999777	-0.3
4.4999	0.9999830	0.9999833	0.3
15.0000	0.9999950	0.9999953	0.3
18.4999	0.9999980	0.9999977	-0.3
24.0000	1.0000000	0.9999998	-0.2
29.0000	1.0000000	1.0000000	-0.0
32.5000	0.9999990	0.9999991	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

