

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2321

CALIBRATION DATE: 29-Sep-16

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA

ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -3.886374e-005

a1 = 2.912812e-004

a2 = -3.952616e-006

a3 = 1.988382e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	693861.8	0.9999	0.0000
4.5000	592842.1	4.4999	-0.0001
15.0000	376951.8	15.0000	-0.0000
18.4999	326132.0	18.5000	0.0001
23.9999	261285.2	23.9999	0.0000
29.0000	214880.9	28.9998	-0.0002
32.5000	188008.4	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

