



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024  
CALIBRATION DATE: 19-Jun-18

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -5.074482e-005  
a1 = 2.865363e-004  
a2 = -3.291062e-006  
a3 = 1.818167e-007

| BATH TEMP<br>(° C) | INSTRUMENT<br>OUTPUT (counts) | INST TEMP<br>(° C) | RESIDUAL<br>(° C) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.0000             | 687893.9                      | 1.0000             | 0.0000            |
| 4.5000             | 588917.2                      | 4.5000             | -0.0000           |
| 15.0000            | 376655.9                      | 15.0000            | -0.0000           |
| 18.5000            | 326495.2                      | 18.5000            | 0.0000            |
| 24.0000            | 262343.5                      | 24.0000            | 0.0000            |
| 29.0000            | 216314.1                      | 28.9999            | -0.0001           |
| 32.5001            | 189601.5                      | 32.5001            | 0.0000            |

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

