



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4330F_2766_00126179
Foil batch no: 1207M

Product: 4330F
Calibration date: 11.01.2017

Serial no: 2766
Page 1 of 2

Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(μM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	29.947	0.47	-86.540	60.90
1	19.843	0.14	236.965	61.95
2	9.752	0.33	559.535	62.78
3	0.535	1.22	831.495	63.47
4	0.547	19.67	831.175	60.66
5	0.563	41.90	830.720	57.66
6	0.583	62.50	830.175	55.22
7	0.604	103.57	829.590	51.04
8	0.622	145.23	829.085	47.57
9	0.639	213.73	828.605	43.07
10	0.647	316.26	828.400	38.13
11	0.646	415.35	828.405	34.66
12	0.647	516.53	828.395	31.96
13	10.042	12.84	550.490	60.06
14	9.985	31.88	552.245	56.41
15	9.933	48.62	553.865	53.65
16	9.894	81.22	555.095	49.17
17	9.868	112.93	555.895	45.68
18	9.847	167.59	556.530	40.98
19	9.831	247.95	557.040	36.07
20	9.821	329.28	557.375	32.59
21	9.811	407.42	557.675	30.07
22	19.826	9.65	237.500	59.03
23	19.770	25.05	239.285	54.97
24	19.722	37.71	240.840	52.14
25	19.689	63.34	241.895	47.43
26	19.669	89.22	242.550	43.70
27	19.656	133.52	242.960	38.89
28	19.649	198.33	243.200	34.01
29	19.646	263.40	243.300	30.64
30	19.646	326.25	243.300	28.23
31	30.042	7.43	-89.500	58.06
32	30.045	19.76	-89.615	53.65
33	30.051	29.97	-89.810	50.60
34	30.059	51.20	-90.060	45.53
35	30.066	71.67	-90.290	41.79
36	30.073	106.33	-90.495	37.06
37	30.078	160.49	-90.650	32.10
38	30.083	210.85	-90.795	29.00
39	30.086	266.96	-90.900	26.51


Certificate no: 4330F_2766_00126179
Foil batch no: 1207M

Product: 4330F
Calibration date: 11.01.2017


Serial no: 2766
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	3.04867E-03	1.28609E-04	2.51044E-06	2.32574E02	-3.78866E-01	-5.70222E01	4.53966E00
TempCoef	2.71906E01	-3.15237E-02	3.26006E-06	-4.69173E-09	0.00000E00	0.00000E00	

Oxygen validation



Temperature validation



Date:11.01.2017

Tor-Ove Kvalvaag
Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer