



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2023
CALIBRATION DATE: 28-May-21

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999811e-001
rtca1 = 1.726221e-006
rtca2 = -3.122292e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999830	0.9999828	-0.2
4.5000	0.9999880	0.9999882	0.2
15.0000	1.0000000	1.0000000	-0.0
18.5000	1.0000020	1.0000023	0.3
24.0000	1.0000050	1.0000045	-0.5
29.0000	1.0000050	1.0000049	-0.1
32.5000	1.0000040	1.0000042	0.2

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

