



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 50236  
CALIBRATION DATE: 16-Oct-17

SBE 16plus V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.248537e-003  
a1 = 2.762129e-004  
a2 = -1.278485e-006  
a3 = 1.887174e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	557107.727	1.0000	0.0000
4.5000	491781.800	4.5000	-0.0000
15.0000	332258.818	15.0000	0.0000
18.5000	290058.000	18.4999	-0.0001
23.9940	233246.273	23.9940	-0.0000
29.0000	190230.800	29.0000	0.0000
32.5000	164420.800	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$

$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a0 + a1[\ln(R)] + a2[\ln^2(R)] + a3[\ln^3(R)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

