

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0509
CALIBRATION DATE: 14-Oct-16

SBE 39 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999714e-001
rtca1 = 1.645871e-006
rtca2 = -3.426058e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
-1.5000	0.9999690	0.9999689	-0.1
1.0000	0.9999730	0.9999730	0.0
4.5000	0.9999780	0.9999781	0.1
8.0000	0.9999820	0.9999824	0.4
11.5000	0.9999860	0.9999858	-0.2
15.0000	0.9999890	0.9999884	-0.6
18.5000	0.9999900	0.9999901	0.1
22.0000	0.9999910	0.9999910	0.0
25.5000	0.9999910	0.9999911	0.1
29.0000	0.9999900	0.9999903	0.3
32.5000	0.9999890	0.9999887	-0.3

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

