

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0508
CALIBRATION DATE: 15-Oct-16

SBE 39 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999704e-001

rtca1 = 1.595670e-006

rtca2 = -3.425653e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
-1.5000	0.9999680	0.9999680	-0.0
1.0000	0.9999720	0.9999720	0.0
4.5000	0.9999770	0.9999769	-0.1
8.0000	0.9999810	0.9999810	0.0
11.5000	0.9999840	0.9999843	0.3
15.0000	0.9999870	0.9999867	-0.3
18.5000	0.9999880	0.9999882	0.2
22.0000	0.9999890	0.9999890	-0.0
25.5000	0.9999890	0.9999889	-0.1
29.0000	0.9999880	0.9999879	-0.1
32.5000	0.9999860	0.9999861	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

