Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 28-May-21

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.784395e-001
h =  1.391766e-001
i = -2.349470e-004
j =  4.475208e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  1.1929e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2654.36	0.00000	0.00000
0.9999	34.6384	2.96219	5320.78	2.96222	0.00002
4.5000	34.6183	3.26788	5522.28	3.26786	-0.00002
14.9999	34.5765	4.24529	6121.24	4.24528	-0.00001
18.4999	34.5682	4.58898	6317.99	4.58898	-0.00001
24.0000	34.5593	5.14461	6623.31	5.14463	0.00002
29.0001	34.5544	5.66424	6896.16	5.66425	0.00001
32.5000	34.5513	6.03498	7084.14	6.03497	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity