# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 3764
CALIBRATION DATE: 05-Feb-14

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.042912e+000
h =  1.634336e-001
i = -3.023722e-004
j =  4.604421e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  9.4902e-006
```

| BATH TEMP (ITS-90) | BATH SAL (PSU) | BATH COND (Siemens/m) | INST FREQ (Hz) | INST COND (Siemens/m) | RESIDUAL (Siemens/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 2529.49 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1.0000 | 34.7364 | 2.96979 | 4960.59 | 2.96978 | -0.00001 |
| 4.5000 | 34.7166 | 3.27624 | 5146.00 | 3.27625 | 0.00001 |
| 15.0000 | 34.6741 | 4.25601 | 5697.76 | 4.25602 | 0.00001 |
| 18.5000 | 34.6649 | 4.60045 | 5879.19 | 4.60044 | -0.00001 |
| 24.0000 | 34.6546 | 5.15723 | 6160.94 | 5.15722 | -0.00001 |
| 29.0000 | 34.6484 | 5.67791 | 6412.95 | 5.67791 | 0.00000 |

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; $\delta$ = CTcor; $\varepsilon$ = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity