Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2337
CALIBRATION DATE: 06-Feb-14

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.061187e+000
h =  1.494938e-001
i = -1.515790e-004
j =  3.791689e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -5.6580e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2665.68	0.00000	0.00000
1.0000	34.6850	2.96581	5186.10	2.96579	-0.00002
4.5000	34.6651	3.27186	5378.80	3.27188	0.00002
15.0000	34.6223	4.25033	5952.30	4.25033	0.00001
18.5000	34.6129	4.59429	6140.91	4.59429	-0.00000
24.0000	34.6024	5.15031	6433.82	5.15031	-0.00001
29.0000	34.5961	5.67030	6695.82	5.67029	-0.00001
32.5000	34.5917	6.04124	6876.45	6.04125	0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity