



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1858
CALIBRATION DATE: 19-Jun-18

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -6.430437e-005
a1 = 2.912408e-004
a2 = -3.493707e-006
a3 = 1.900112e-007

| BATH TEMP (° C) | INSTRUMENT OUTPUT (counts) | INST TEMP (° C) | RESIDUAL (° C) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.0000 | 616279.0 | 1.0000 | 0.0000 |
| 4.5000 | 528372.8 | 4.4999 | -0.0001 |
| 15.0000 | 339347.3 | 15.0000 | -0.0000 |
| 18.5000 | 294548.9 | 18.5001 | 0.0001 |
| 24.0000 | 237163.3 | 23.9999 | -0.0001 |
| 29.0000 | 195906.6 | 29.0000 | 0.0000 |
| 32.5001 | 171928.7 | 32.5001 | 0.0000 |

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

