

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 7021  
CALIBRATION DATE: 20-Nov-15

SBE 16plus V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## COEFFICIENTS:

a0 = 1.247327e-003  
a1 = 2.763185e-004  
a2 = -1.355093e-006  
a3 = 1.906907e-007

| BATH TEMP<br>(° C) | INSTRUMENT<br>OUTPUT (counts) | INST TEMP<br>(° C) | RESIDUAL<br>(° C) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.0000             | 564077.500                    | 1.0000             | -0.0000           |
| 4.5000             | 498102.400                    | 4.5001             | 0.0001            |
| 15.0000            | 336804.100                    | 15.0000            | -0.0000           |
| 18.5001            | 294090.400                    | 18.5001            | -0.0000           |
| 24.0000            | 236515.800                    | 24.0000            | 0.0000            |
| 29.0000            | 193010.500                    | 29.0000            | 0.0000            |
| 32.4999            | 166869.100                    | 32.4999            | -0.0000           |

n = Instrument Output (counts)

MV = (n - 524288) / 1.6e+007

R = (MV \* 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV \* 2.0e+005)

Temperature ITS-90 (°C) = 1 / {a0 + a1[ln(R)] + a2[ln<sup>2</sup>(R)] + a3[ln<sup>3</sup>(R)]} - 273.15

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

