

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1851
CALIBRATION DATE: 07-Feb-14

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.029017e+000
h = 1.406418e-001
i = -1.835608e-004
j = 3.689709e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = 2.6784e-006

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2707.02	0.00000	0.00000
1.0000	34.7303	2.96931	5330.59	2.96933	0.00002
4.4999	34.7106	3.27572	5530.19	3.27570	-0.00002
15.0000	34.6681	4.25535	6124.04	4.25533	-0.00002
18.5000	34.6590	4.59975	6319.27	4.59977	0.00002
23.9999	34.6489	5.15646	6622.30	5.15647	0.00001
29.0001	34.6428	5.67710	6893.29	5.67709	-0.00001

$f = \text{INST FREQ} * \sqrt{1.0 + \text{WBOTC} * t} / 1000.0$

$\text{Conductivity} = (g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \epsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C]; p = pressure[decibars]; $\delta = \text{CTcor}$; $\epsilon = \text{CPcor}$;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity

