



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6629
CALIBRATION DATE: 28-Apr-19

SBE 16plus V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.229626e-003
a1 = 2.563021e-004
a2 = 1.498524e-007
a3 = 1.306135e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	756095.000	0.9999	-0.0001
4.5000	677403.400	4.5001	0.0001
15.0000	476285.600	15.0000	-0.0000
18.5000	420901.300	18.4999	-0.0001
24.0000	344808.500	24.0001	0.0001
29.0000	286230.000	29.0000	0.0000
32.5000	250587.700	32.4999	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

MV = (n - 524288) / 1.6e+007

R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)

Temperature ITS-90 (°C) = 1 / {a0 + a1[ln(R)] + a2[ln²(R)] + a3[ln³(R)]} - 273.15

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

