# SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 3762
CALIBRATION DATE: 20-Jan-11

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.043356e+000
h =  1.312465e-001
i = -5.640428e-005
j =  2.327875e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -8.1560e-006
```

| BATH TEMP (ITS-90) | BATH SAL (PSU) | BATH COND (Siemens/m) | INST FREQ (Hz) | INST COND (Siemens/m) | RESIDUAL (Siemens/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 2819.47 | 0.00000 | 0.00000 |
| 1.0000 | 34.7751 | 2.97278 | 5523.37 | 2.97278 | 0.00000 |
| 4.4999 | 34.7517 | 3.27922 | 5729.40 | 3.27921 | -0.00001 |
| 15.0000 | 34.7037 | 4.25926 | 6342.80 | 4.25926 | -0.00000 |
| 18.5000 | 34.6921 | 4.60367 | 6544.46 | 4.60369 | 0.00002 |
| 24.0000 | 34.6814 | 5.16077 | 6857.80 | 5.16077 | -0.00001 |
| 29.0000 | 34.6751 | 5.68179 | 7138.11 | 5.68178 | -0.00001 |
| 32.5001 | 34.6710 | 6.05352 | 7331.39 | 6.05353 | 0.00001 |

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; $\delta$ = CTcor; $\varepsilon$ = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity