

SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 16-Dec-10

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -5.881761e-005
a1 = 2.891935e-004
a2 = -3.603036e-006
a3 = 1.889372e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
0.9999	715077.6	1.0000	0.0001
4.5000	611687.2	4.4999	-0.0001
15.0000	390277.8	15.0001	0.0001
18.5000	338043.3	18.5000	-0.0000
24.0000	271299.8	24.0000	-0.0000
28.9999	223463.7	28.9999	-0.0000
32.5000	195727.1	32.5000	0.0000

Temperature ITS-90 = $1/[a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]] - 273.15$ (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

