

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1640
CALIBRATION DATE: 30-Nov-15

SBE 39 PRESSURE CALIBRATION DATA
508 psia S/N 5733

COEFFICIENTS:

PA0 =	9.114745e-002	PTCA0 =	7.437131e+001
PA1 =	2.385740e-002	PTCA1 =	4.297140e-001
PA2 =	1.488594e-009	PTCA2 =	-1.172502e-002
PTHA0 =	-8.779137e+001	PTCB0 =	2.526988e+001
PTHA1 =	4.613098e-002	PTCB1 =	-2.025000e-003
PTHA2 =	-3.705923e-007	PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

THERMAL CORRECTION

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	THERMISTOR OUTPUT (counts)	COMPUTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (%FSR)	TEMP (°C)	THERMISTOR OUTPUT (counts)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)
14.66	687.9	2418.0	14.66	0.00	-1.50	1899.60	696.10
104.93	4463.1	2431.0	104.92	-0.00	1.00	1955.50	696.99
204.94	8644.1	2430.0	204.93	-0.00	4.50	2033.80	698.15
304.95	12823.5	2431.0	304.95	-0.00	8.00	2112.30	699.26
404.95	17000.6	2430.0	404.96	0.00	11.50	2191.00	700.07
504.97	21174.5	2429.0	504.95	-0.00	15.00	2269.70	700.44
404.96	17001.2	2430.0	404.98	0.00	18.50	2348.30	700.57
304.96	12824.6	2429.0	304.97	0.00	22.00	2427.30	700.37
204.95	8645.5	2429.0	204.96	0.00	25.50	2506.50	700.08
104.95	4464.3	2429.0	104.95	-0.00	29.00	2585.40	699.26
14.66	688.1	2428.0	14.67	0.00	32.50	2664.60	698.10

TEMPERATURE (°C)	SPAN (mV)
-5.00	25.28
35.00	25.20

y = thermistor output (counts)

$t = PTHA0 + PTHA1 * y + PTHA2 * y^2$

$x = \text{instrument output} - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2$

$n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)$

pressure (PSIA) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n²

Residual (%FSR) = (computed pressure - true pressure) * 100 / Full Scale Range

Date, Offset (%FSR)

● 30-Nov-15 0.00

