Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2328
CALIBRATION DATE: 08-Jun-23

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.046550e+000
h =  1.580445e-001
i = -6.968762e-005
j =  3.343886e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  6.5429e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2572.77	0.00000	0.00000
1.0000	34.6867	2.96594	5030.79	2.96594	-0.00000
4.5000	34.6672	3.27204	5218.28	3.27204	0.00000
15.0000	34.6257	4.25070	5776.23	4.25069	-0.00001
18.5000	34.6168	4.59475	5959.72	4.59476	0.00001
24.0000	34.6070	5.15092	6244.63	5.15092	-0.00000
29.0000	34.6009	5.67100	6499.45	5.67100	0.00000
32.5000	34.5952	6.04178	6675.06	6.04189	0.00011

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity